

全身用X線CT診断装置に関する質問書に対する回答書

質 問 事 項		回 答
仕 様 書 項 目 番 号	質 問 内 容	
2-4) 8) (イ)	撮影時相指定もしくは、最適心位相の検索機能を有していることに変更可能でしょうか？	仕様書の通りとします。最適心位相の検索機能には、自動もしくは手動での検索を含みます。
2-4) 8) (ウ)	心電図の編集機能・心位相の検索は相対値もしくは、絶対値の使用ができることに変更可能でしょうか？	仕様書の通りとします。手動での心電図の編集や心位相の決定は絶対値に相当します。
2-4) 9) (イ)	機能満たすことができません。仕様より削除頂くことは可能でしょうか？	仕様書の通りとします。解析には4D画像の表示等も含みます。
2-4) 10) (エ)	最大同時5アクセスとなります。修正頂けないでしょうか？	仕様書の通りとします。表示機能等を含め、必要数の整備が必須です。
2-5) 13) (ア)	総和値投影表示 (RaySum) は不可となります。仕様から削除をお願いします。	仕様書の通りとします。スライス厚を厚く設定したMPRは広義のRaySumに相当します。
3-2)	最大同時5アクセスとなります。修正頂けないでしょうか？	仕様書の通りとします。表示機能等を含め、必要数の整備が必須です。