

一般撮影システム（付属棟）に関する質問書に対する回答書

質問事項		※※
仕様書 項目番号	質問内容	回答
3-1-3)	日常点検に使用するファントムの製品名や型式をご教示ください。	QUART SP_dl（同等品可）とします。
3-1-1)	検査室および操作室に必要な机・棚・椅子等の数量をご教示ください。	仕様書のとおりです。納入するシステムに合わせて構成をご検討ください。目安は机1台、椅子1脚、棚4台です。
3-1-5)	その他撮影に必要な備品に関して、具体的な製品名や数量などをご教示ください。	仕様書のとおりとし、小児および周産期の撮影に必須となる備品を納入するものとします。
4-3)	既設システムのメーカー名や製品名をご教示ください。またLAN配線については一次工事側の作業となるのでしょうか。	画像表示装置 製品名：NEOVISTA I-PACS SX 読取装置 製品名：UNITEA REGUIUSE Σ II 製品名：CS-7 REGIUSE Σ いずれもメーカー名はコニカミノルタジャパン(株)です。LAN配線は一次工事側の作業となりますので、本契約の対象外とします。
5-4)	工事協力金等とは具体的に何に該当するのでしょうか。	本契約の対象外ではありますが、建設工事期間中に納入する場合、本体工事側請負者の仮設等使用に対する費用が発生する場合があります。本体工事請負者と落札者が協議の上で落札者が対応するものとします。
5-6-1)	照明工事や照明器具に関しては一次工事側ではご準備されないという認識でしょうか。	一次工事側で検査室、操作室、更衣室の天井照明器具、照明工事は準備致します。その他必要な照明等がある場合は落札者が準備するものとします。
5-6-2)	詳細内容（調達物品など）をご教示ください。	仕様書のとおりです。納入するシステムが正常に稼働できる環境を準備するものとします。