

X線撮影システムに関する質問書に対する回答書

質 問 事 項		※※
仕 様 書 項 目 番 号	質 問 内 容	回 答
2-1	コリメーターにX線照射野の中心を表示する赤色のレーザーラインマーカは不要か	仕様書の通りとします。備えても差し支えありません。
2-1	コリメーター回転時に45度毎にクリックストップする機能は不要か	仕様書の通りとします。備えても差し支えありません。
2-2	X線曝射用のワイヤレスハンドスイッチは不要か	仕様書の通りとします。追加で備えても差し支えありません。
2-2-7	入射表面線量ではなく計算面積線量表示で問題ないか	仕様書の通りとします。計算、または実測による患者被ばく線量の指標について表示機能を備えてください。
2-3	天井レールに沿った各種ケーブルをまとめるケーブルガイドは不要か	仕様書の通りとします。備えても差し支えありません。
2-6	立位撮影台用の圧迫帯は不要か	仕様書の通りとします。備えても差し支えありません。
2-6	立位撮影台前面に取り付けるカセットホルダは不要か	仕様書の通りとします。備えても差し支えありません。